



제11-0103-001호

안 전 인 증 서

(주) 코닉스

인천광역시 연수구 벤처로 12번길 34(송도동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행
규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인
증표시의 사용을 인증합니다.

_____ 품 목 _____
온도전송기
_____ 형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호 _____

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
KT-502H	DC 24V, 20mA	11-GA2BO-0103
	Ex d IIC T6	

_____ 인 증 기 준 _____

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

_____ 인 증 조 건 _____

Tamb = -20℃~+40℃, 뒷면 사용조건 참조 (변경사항 확인)

2011 년 06 월 23 일

한국가스안전공사 사장





인 증 조 건

1. 제조공장

“인천광역시 연수구 벤처로 12번길 34(송도동)”에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

이 전기기기는 ALDC12 재질의 Cover와 Housing과 SUS 재질의 감지부로 구성되어 있는 내압방폭구조의 온도전송기임. Cover와 강화유리는 Epoxy molding 처리됨

3. 인증범위

모델 형식 KT-502H에 한함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- Tamb = -20℃~+40℃
- 케이블 인입부에 사용되는 케이블글랜드, 블랭킹엘리먼트, 어댑터는 이 전기기기 방폭 등급 이상의 방폭구조를 갖는 인증된 제품을 사용하여야 함(인입부 규격 매뉴얼 참조)
- 용기에 대한 보호등급은 IP67 임

5. 인증(변경)사항

- 사업장 주소 변경 :
인천광역시 남동구 고잔동 648 남동공단 78-1 → 인천광역시 연수구 벤처로 36번길 37(송도동)
(신규공장에 대한 확인심사 실시일 : 2013.10.23.)
인천광역시 연수구 벤처로 36번길 37(송도동) → 인천광역시 연수구 벤처로 12번길 34(송도동)
(변경승인일 : 2023.01.06.)

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

